

pieczęć firmowa wykonawcy

data.....

Formularz oferty

Nazwa i adres oferenta

.....
.....
tel.....

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora hematologicznego składam następującą ofertę: dzierżawa została wyceniona na okres 36 miesięcy z uwzględnieniem ilości odczynników niezbędnych do wykonania analiz laboratoryjnych w okresie dzierżawy.

Oświadczam, że analizator spełnia parametry

Parametry graniczne	Tak/Nie
1. Analizator hematologiczny minimum 22 parametry z rozdziałem 5 diff wyposażony w drukarkę zewnętrzną , monitor, klawiaturę, UPS , zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów paskowych , podajnik na minimum 20 próbek..	
2. Rok produkcji - nie starszy niż 2009 rok	
3. Możliwość podawania próbek w systemie otwartym i zamkniętym (bez potrzeby otwierania próbki) oraz oznaczanie próbek kapilarnych w systemie manualnym.	
4. Możliwość dwukierunkowej transmisji danych między analizatorem a laboratoryjnym systemem informatycznym	
5. Aparat umożliwia wybór pracy (CBC lub CBC/DIFF)	
6. Analizator pracuje na bezcjkankowych odczynnikach	
7. Wydajność minimum 60 oznaczeń na godzinę.	
8. Aparat wykonuje analizy z pierwszego pobrania bez rozcieńczeń z małej objętości krwi , maksimum do 60 ul.	
9. Możliwość programowania wartości referencyjnych w zależności od wieku i	

płci	
10. Wyniki z normami przedstawione są w formie liczbowej i graficznej , z wydrukiem automatycznym lub na żądanie.	
11. Aparat posiada system flagowań i ostrzeżeń wyników patologicznych	
12. Aparat posiada możliwość oceny niedojrzałych komórek z linii WBC jako odrębnej populacji	
<p>13. Liniowość parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WBC 0 - 100 x 10³/mm³ • RBC 0 - 8 x 10⁶/mm³ • Hb 0 - 25 g/dl • Ht 0 - 60 % • PLT 0 - 2000 x 10³/mm³ 	
14. Analizator cechuje się możliwością przechowywania wyników w pamięci analizatora	
15. Aparat posiada rozbudowany system kontroli jakości (tabele, SD, CV, wykresy).	
16. Dostawca zapewnia możliwość uczestnictwa laboratorium w międzynarodowym systemie kontroli jakości – bezpłatnie (kontrola aparatów Peer-Group).	
17. Głębokość analizatora nie przekracza 60 cm	
18. Instrukcja obsługi w języku polskim	
19. Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium Laboratoryjnego Systemu Informatycznego - PSM	
20. Koszt instalacji oraz szkolenie pracowników z obsługi - bezpłatne	

21. Serwis gwarancyjny (przeglądy, aktualizacje , części zamienne, dojazd) w okresie dzierżawy - bezpłatne	
22. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin a dokonanie naprawy do 48 godzin (dni robocze).	
23. W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 48 godz, dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy	
24. Analizator oraz odczynniki posiadają znak CE	
25. Wraz z pierwszą dostawą wykonawca dostarczy karty charakterystyki.	

Oferowany aparat musi posiadać wymienione parametry techniczne. W rubryce "Parametry oferowane "wpisać TAK lub NIE
Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji ,producent

.....
.....

Wartość początkowa urządzenia wynosi :zł słownie

.....zł

Cena brutto dzierżawy miesięczniezł .

Cena brutto dzierżawy w okresie trwania umowyzł

Słowniezł

W tym Vat% tjzł .

Odczynniki hematologiczne przeznaczone do wykonania **22.000 morfologii rocznie** (66.000 przez okres 3 lat) z czego **60 % w systemie CBC a 40 % w systemie 5 DIFF**

	Liczba pełnych opakowań potrzebna na zamawianą ilość badań / rok	Wielkość opakowania	Cena netto opakowania	Cena brutto opakowania	Wartość zamówienia netto/ rok	Wartość zamówienia brutto/ rok

Odczynniki – wyszczególnić wszystkie						
Krew kontrolna – poziom normalny						
Krew kontrolna – poziom patologiczny H						
Krew kontrolna - poziom patologiczny L						
Materiały eksploracyjne zużywalne						

W liczbę badań wliczone są oznaczenia kontrolne wykonywane codziennie na 3 poziomach.

Okres ważności odczynników co najmniej 6 m-cy od daty dostawy.

Wartość brutto odczynników (odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne)
roczniezłzł
.....zł
Wartość brutto odczynników (odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne) w
okresie trwania umowyzł
Słowniezł

W tym Vat% tjzł .

1. **Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych** . Formularz oferty musi być wypełniony dokładnie w każdej pozycji . Brak wypełnienia wszystkich pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
3. Oświadczamy ,że dostarczane produkty będą odpowiadały wymaganiom dla wyrobów medycznych określonym w ustawie z dnia z dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679) posiadają deklarację zgodności CE, spełniają normy EN
4. Oświadczamy ,że spełniamy wymogi określone w art. 22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania .
5. Gwarantujemy ,że okres ważności odczynników będzie wynosiłod daty dostawy.
6. Okres gwarancji na analizator hematologiczny wynosi 36 miesięcy ,licząc od daty dostawy sprzętu.
7. Okres trwania umowy dot. dzierżawy analizatora hematologicznego na okres 36 miesięcy tj.16.I.2013 -15.01.2016, montaż wraz z szkoleniem : 02.01.2013-15.01.2013

Termin płatności.....dni od daty otrzymania faktury Vat.

Załącznikami do formularza oferty są :

-
-
-
-
-

Oferta zawieraponumerowanych i spiętych stron

pieczętka i podpis osoby upoważnionej

