

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zla-chrzanow.pl

Chrzanów: Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 diff , oznaczającego minimum 22 parametry morfologii krwi z rozdziałem 5 diff ,wyposażonego w drukarkę zewnętrzną , monitor, klawiaturę ,UPS, czytnik kodów paskowych zewnętrzny i wewnętrzny , podajnik na min. 20 próbek . Rok produkcji analizatora -nie starszy niż 2009 rok. Dzierżawa winna być wyceniona na okres 36 miesięcy (od dnia 16.I.2013) z uwzględnieniem ilości odczynników niezbędnych do wykonania analiz laboratoryjnych w okresie dzierżawy- 66 tysięcy badań , z czego 60% w systemie CBC a 40% w systemie 5DIFF oraz krwi kontrolnej

Numer ogłoszenia: 421976 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie , ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 0-32 6240325, faks 0-32 6240310.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zla-chrzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 diff , oznaczającego minimum 22 parametry morfologii krwi z rozdziałem 5 diff ,wyposażonego w drukarkę zewnętrzną , monitor, klawiaturę ,UPS, czytnik kodów paskowych zewnętrzny i wewnętrzny , podajnik na min. 20 próbek . Rok produkcji analizatora -nie starszy niż 2009 rok. Dzierżawa winna być wyceniona na okres 36 miesięcy (od dnia 16.I.2013) z uwzględnieniem ilości odczynników niezbędnych do wykonania analiz laboratoryjnych w okresie dzierżawy- 66 tysięcy badań , z czego 60% w systemie CBC a 40% w systemie 5DIFF oraz krwi kontrolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dzierżawa analizatora hematologicznego 5 diff , oznaczającego minimum 22 parametry morfologii krwi z rozdziałem 5 diff ,wyposażonego w drukarkę zewnętrzną , monitor, klawiaturę ,UPS, czytnik kodów paskowych zewnętrzny i wewnętrzny , podajnik na min. 20 próbek . Rok produkcji analizatora -nie starszy niż 2009 rok. Dzierżawa winna być wyceniona na okres 36 miesięcy (od dnia 16.I.2013) z uwzględnieniem ilości odczynników niezbędnych do wykonania analiz laboratoryjnych w okresie dzierżawy- 66 tysięcy badań , z czego 60% w systemie CBC a 40% w systemie 5DIFF oraz krwi kontrolnej (oznaczenia kontrolne są wykonywane 5x w tygodniu na 3 poziomach - należy uwzględnić trwałość krwi po otwarciu fiolki) , części zużywalnych. Określając ilości, zgodnie z zapotrzebowaniem na odczynniki ,prosimy uwzględnić : · wielkość opakowania · ilość sugerowanych opakowań na rok (uwzględniając trwałość odczynnika po otwarciu) · cenę opakowania netto ,brutto · wartość roczna brutto · cena jednego oznaczenia brutto (uwzględniając odczynniki, kontrolę , części zużywalne ,czynsz dzierżawny) Analizator musi pracować w oparciu o odczynniki producenta aparatu. Dzierżawa analizatora hematologicznego cechującego się następującymi parametrami technicznymi i warunkami wymaganymi przez Zamawiającego: 1. Urządzenie nie starsze niż 2009 rok produkcji - posiadające deklarację zgodności CE ,wyposażone w drukarkę zewnętrzną , klawiaturę, UPS, czytnik kodów paskowych zewnętrzny i wewnętrzny i monitor ,podajnik na minimum 20 próbek, 2. Urządzenie musi cechować się możliwością podawania próbek w systemie otwartym i zamkniętym (bez potrzeby otwierania próbek) i oznaczania próbek kapilarnych w systemie manualnym · możliwością dwukierunkowej transmisji danych między analizatorem a laboratoryjnym systemem informatycznym 3. Analizator musi się cechować : · możliwością wyboru pracy: CBC lub CBC/DIFF · pracą na bezcjankowych odczynnikach · Wydajnością minimum 60 oznaczeń na godzinę · systemem flagowań i ostrzeżeń wyników patologicznych · możliwością oceny niedojrzałych komórek z linii WBC jako odrębnej populacji 4. Wykonaniem analizy z małej objętości próbki z pierwszego pobrania bez rozcieńczeń, maksimum do 60ul 5. Liniowością parametrów : - WBC 0-100x103/mm3 - RBC 0-8x106/mm3 - Hb 0-25g/dl - Ht 0-60% - PLT 0-2000x103/mm3 6 . Możliwością programowania wartości referencyjnych w zależności od wieku i płci. 7. Wyniki

z normami winny być przedstawione w formie liczbowej i graficznej, z wydrukiem automatycznym lub na żądanie. 8. Analizator musi się cechować możliwością przechowywania wyników badań w pamięci analizatora, 9. Rozbudowany system kontroli jakości (tabele, SD, CV, wykresy) 10. Pełna charakterystyka odczynników : odczynniki gotowe do użycia , posiadające znak CE posiadające karty charakterystyki substancji posiadające atest dopuszczenia do obrotu cechujące się długim termin ważności odczynników (do pół roku) WYKONAWCA WINIEN zabezpieczyć : · Instalację analizatora i szkolenie pracowników Zamawiającego bezpłatnie , · podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium Laboratoryjnego Systemu Informatycznego - PSM (na koszt własny) · Naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania - bezpłatne, czas reakcji serwisu do 24 godz. a dokonanie naprawy do 48 godz. (dni robocze) · Obowiązkowe przeglądy konserwacyjne(serwis gwarancyjny) , aktualizację oprogramowania, części zamienne , dojazd, w okresie dzierżawy - bezpłatnie. · Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 48godz. · możliwość uczestnictwa laboratorium w międzynarodowym systemie kontroli jakości (kontrola aparatów Peer-Group) -bezpłatnie · Wykonawca dostarczy obowiązkowo dokumentację dotyczącą analizatora: - kartę gwarancyjną - opis techniczny - instrukcję obsługi w języku polskim - ocenę funkcjonalną - cechy użytkowe aparatu Zaleca się aby wymiar zewnętrzny /głębokość /nie przekraczała 60cm.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.70-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków wykaz dostaw odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o wartości 40 000zł rocznie dla analizatora hematologicznego i wraz z dokumentami potwierdzającymi ,że dostawy zostały wykonane należyście.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dzierżawą analizatora hematologicznego zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o wartości 40 000zł rocznie dla analizatora hematologicznego i wraz z dokumentami potwierdzającymi ,że dostawy zostały wykonane należyście.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zla-chrzanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19 tel/fax. (32) 624 03 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego II piętro 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19 tel/fax. (32) 624 03 10..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie