

# Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

---

Chrzanów 06-11-2012

**dotyczy:** postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora hematologicznego 5-DIFF. Nr sprawy ZLA-ZP-752w/21/12.

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.uj. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ**

Firma XXXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem:

1. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny umożliwiający oznaczanie próbek w systemie manualnym i automatycznym (bez możliwości oznaczania trybu kapilarnego) pod warunkiem zaoferowania analizatora pobierającego w obu powyższych trybach mniej niż 20µl próbki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** analizator hematologiczny umożliwiający oznaczanie próbek w systemie manualnym i automatycznym (bez możliwości oznaczania trybu kapilarnego) pod warunkiem zaoferowania analizatora pobierającego w obu powyższych trybach mniej niż 20µl próbki

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora hematologicznego posiadającego szeroko rozbudowany system flagowania wyników patologicznych i informujący użytkownika o występowaniu niedojrzałych komórek typu WBC w postaci szeregu różnych flag?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie analizatora hematologicznego posiadającego szeroko rozbudowany system flagowania wyników patologicznych i informujący użytkownika o występowaniu niedojrzałych komórek typu WBC w postaci szeregu różnych flag.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny charakteryzujący się następującymi liniowościami:

WBC  $0-100 \times 10^3$  / ul przy precyzji <2,5%

RBC  $0,1-8 \times 10^6$  /mm<sup>3</sup> przy precyzji <2%

HGB 0,5-24xg/dl przy precyzji<1,5%

HCT 5-70% przy precyzji<2%

PLT  $5-2000 \times 10^3$  /ul przy precyzji<5%

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamierza zrealizować zamówienie zgodnie z liniowością parametrów określoną w SIWZ.

4. Czy w odniesieniu do wymogu określonego w parametrach granicznych 16, Zamawiający zaakceptuje udział zewnątrz laboratoryjnej porównawczej kontroli jakości na krwi kontrolnej dostarczonej przez wykonawcę z dostępem do wielu funkcji interpretacji wyników w systemie kontroli jakości StandLab?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **zaakceptuje** udział zewnątrz laboratoryjnej porównawczej kontroli jakości na krwi kontrolnej dostarczonej przez wykonawcę z dostępem do wielu funkcji interpretacji wyników w systemie kontroli jakości StandLab.

5. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z Menu w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wymaga** dostarczenia aparatu z Menu w języku polskim

Konrad Kellner  
Referent ds. Zamówień Publicznych