

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(032) 624 03 10 Dyrektor (032) 623 45 34 Księgowość (032) 623 27 15

Chrzanów 2012-11-14

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon rtg ogólnodiagnostycznych czułych na światło niebieskie ,do obróbki automatycznej o minimalnej gęstości nie większej niż 0,22 cechujące się parametrem: dane widniejące na opakowaniu i na błonie po jej wywołaniu (nazwa producenta, typ błony, oraz numer produkcji) oraz utrwalaczy i wywoływaczy rtg wg wykazu /odpowieź do SIWZ

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot.SIWZ :

Pytanie :

W związku z tym, że błony rtg mają cechować się parametrami: dane widniejące na opakowaniu i na błonie po jej wywołaniu, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dane widniejące na opakowaniu i na błonie po jej wywołaniu to: nazwa producenta, typ błony, data ważności oraz numer serii (emulsji)?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SIWZ: nazwa producenta, typ błony, oraz numer produkcji.

Konrad Kellner
Referent d/s Zamówień Publicznych