

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2013-06-10

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem oraz przeprowadzenie szkolenia personelu z zakresu obsługi urządzenia. Dostawa aparatu EKG.
/odpowieź do SIWZ

Firma XXXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z ekranem dotykowym 8” zamiast 5,7”? Rozwiązanie jest korzystniejsze i umożliwi łatwiejszą pracę na aparacie.

Czy Zamawiający

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z ekranem dotykowym 8”.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 200 badań i dodatkową kartą SD o pojemności 2GB, umożliwiającą zachowanie w pamięci większej ilości badań niż wymagana?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 200 badań i dodatkową kartą SD o pojemności 2GB.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z dwoma portami USB przy założeniu, że zamiast trzeciego portu na pamięć PenDrive, można wykorzystać dołączoną kartę SD 2GB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG z dwoma portami USB przy założeniu, że zamiast trzeciego portu na pamięć PenDrive, można wykorzystać dołączoną kartę SD 2GB.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu, wyposażony w interfejs komunikacyjny LAN,

umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej z aparatu na komputer, skąd możliwe jest wysyłanie wiadomości e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu EKG wyposażonego w interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolną skrzynkę odbiorczą.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości współpracy z oprogramowaniem CardioTEKA? Według naszej wiedzy program ten jest kompatybilny wyłącznie z aparatem EKG jednej firmy, co wyklucza możliwość wolnej konkurencji, określonej prawem Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości współpracy z oprogramowaniem CardioTEKA.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości wykonania badania spirometrycznego przy zastosowaniu przystawki? Według naszej wiedzy badania spirometryczne tego typu są niemiarodajne, ponadto Zamawiający nie wymaga w treści zamówienia dostarczenia przystawki do badań spirometrycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu EKG wraz z przystawką spirometryczną. Zmieniono zapis w SIWZ.

Grażyna Skopińska
dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych