

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz oferty

Nazwa i adres oferenta

.....
.....

Tel

Część IV

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **1 urządzenia myjąco - dezynfekującego wolno stojącego „podblatowego”** składam następującą ofertę:

Podać dane urządzenia : nazwa, typ, rodzaj, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji.....
.....
.....

Cena brutto za zamówieniezł .

Słownie

W tym Vat% tjzł .

Oświadczam, że urządzenie spełnia parametry:

Parametry graniczne	Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego	Parametry oferowane
Urządzenie fabrycznie nowe		
Myjnia powinna zawierać drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory.		
Komora nieprzelotowa, jedno drzwiowa.		
Wymiary urządzenia: szerokość maksymalna urządzenia 600 mm, wys. 850 mm, głębokość max 600 mm		
Wymiary komory (wys. x szer. x gł.) : minimum 500 x 380x 480 mm.		
Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu.		
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.		
Procesy realizowane w pełni automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika..		
Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy.		

Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz.		
Komunikaty wyświetlacza w języku polskim.		
Programy mycia - dezynfekcji wybierane za pomocą klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika.		
Elektroniczna rejestracja cykli mycia i dezynfekcji		
Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania czystości i możliwa do dezynfekcji.		
Przeszkłone drzwi komory		
Podłączenie ciepłej i zimnej wody		
Zasilanie elektryczne jednofazowe 230/240 V 50 Hz lub trójfazowe 400V 50 Hz		
Moc nie przekraczająca 10 kW.		
Urządzenie posiadające opcje suszenia		
Urządzenie wyposażone w minimum dwa kosze wsadowe oraz dwa koszyki na narzędzia		
Urządzenie wyposażone w moduł umożliwiający mycie końcówek stomatologicznych oraz pojemnik do mycia wiertel stomatologicznych.		
Wykonawca dostarczy sprzęt wraz detergentami w ilości nie mniejszej niż na wykonanie 30 cykli mycia i dezynfekcji		
Wykonawca dostarczy sprzęt, dokona montażu myjni dezynfektora w pomieszczeniu sterylizacji na terenie jednostki oraz przeszkoli personel medyczny.		
Menu w języku polskim.		
Inne warunki:		
termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy		
Wykonawca zabezpiecza		
instalację urządzenia i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia myjąco -dezynfekującego		
serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48h, czas naprawy do 5 dni)		
naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji ,części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji		
w przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni, Wykonawca wstawi sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany		

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

karta gwarancyjna		
opis techniczny		
instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)		
karty charakterystyki dla załączonych substancji chemicznych		
wykaz autoryzowanych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zlokalizowanych w		

Oferowane urządzenie musi posiadać wymienione parametry techniczne. W rubryce " **Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego** "wpisać TAK lub NIE

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie o wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletne i po dostawie będzie gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

1. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.** Formularz oferty musi być wypełniony w każdej pozycji dla danej części.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że dostarczane urządzenia będą odpowiadały wymaganiom dla wyrobów medycznych określonym w ustawie z dnia 20.05.2010 (Dz.U 107. poz.679) posiadają deklarację zgodności CE, spełniają normy EN,
4. Oświadczamy, że spełniamy wymogi określone w art. 22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania.
5. Oświadczam, że **nie należę** do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z póź, zm.) o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy Wykonawca **NALEŻY** do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 5 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)

Termin realizacji zamówienia określa się do

Okres gwarancji wynosimiesięcy.

Termin płatności.....dni od daty otrzymania faktury Vat.

Załącznikami do formularza oferty są :

-
-
-
-
-

Oferta zawieraponumerowanych i spiętych stron

pieczętka i podpis osoby upoważnionej

