

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zla-chrzanow.pl

**Chrzanów: Dzierżawa analizatora biochemicznego i
immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów,
materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy
Numer ogłoszenia: 56136 - 2015; data zamieszczenia: 13.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lecznictwa AmbulATORYJNEGO w Chrzanowie Sp. z o.o. , ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 32 6240325, faks 32 6240310.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zla-chrzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa analizatora biochemicznego i immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy Dzierżawiony analizator immunochemiczny musi się cechować następującymi parametrami: 1. Wieloparametrowy analizator immunochemiczny, stołowy ,w pełni automatyczny. 2. Rok produkcji : nie starszy niż 2011 3. Chemiluminescencyjny system detekcji. 4. Analizator posiada znak CE 5. Testy III generacji. 6. W wyposażeniu UPS system. 7. Minimalna wydajność testów: 60 na godzinę. 8. Wyniki do 30 minut. 9. Testy citowe bez przerywania pracy rutynowej. 10. Możliwość dokładnia próbek. 11. Chłodzony rotor na odczynniki. 12. Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem stanu odczynników. 13. Możliwość pracy na próbkach pierwotnych i naczynkach mikro. 14. Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. 15. Możliwość równoczesnego oznaczania różnych parametrów. 16. Wszystkie odczynniki , kalbratory, kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator. 17. Krzywe kalibracyjne zapisane w kodach kreskowych, wczytywane automatycznie

przez aparat. 18. Wykonawca złoży oświadczenie czy czas przebywania odczynnika na pokładzie aparatu po otwarciu w czasie pracy rutynowej (ok 6h dziennie) wpływa na skrócenie trwałości określonej przez producenta indywidualnie dla każdego odczynnika 19. Czas oznaczania parametrów poniżej 20 minut. 20. Końcówki jednorazowe do odczynników i próbek badanych w celu eliminacji błędu przenoszenia lub rozwiązania równorzędne. 21. Wbudowany system kontroli jakości (wykresy Levey-Jenningsa). 22. Odbieranie zleceń i przesyłanie wyników on-line do LIS. 23. Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium Laboratoryjnego Systemu Informatycznego- PSM. 24. Zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego i napraw awarii powstałych nie z winy użytkownika w okresie dzierżawy. 25. Przyjazd serwisu do zgłaszanej usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. 26. Bezpłatne obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie dzierżawy. 27. Okres gwarancji na czas dzierżawy. 28. Zapewnienie bezpłatnego zainstalowania i szkolenia personelu po zainstalowaniu aparatu. 29. Wykonawca zapewni na swój koszt zewnętrzną międzynarodową kontrolę jakości dla każdego z wykonywanych oznaczeń w cyklach zapewniających uzyskanie certyfikatu . 30. Wraz z pierwszą dostawą dostarczenie obowiązkowej dokumentacji dotyczącej analizatora: opis techniczny, ocena funkcjonalna, instrukcja obsługi w języku polskim ,metodyki badań, karty charakterystyka kalibratorów, kontroli, odczynników. 31.Odczynniki posiadają znak CE 32.Termin ważności odczynników winien wynosić min. 6 miesięcy od daty dostawy, krótszy dopuszcza się w przypadku , gdy producent go określa ze względu na skład odczynnika. 33. Wartości referencyjne parametrów tarczycowych dla wszystkich grup populacji w zależności od wieku podane przez producenta testów. Dostawa odczynników , materiałów kontrolnych, kalibratorów , materiałów zużywalnych potrzebna do wykonania oznaczeń immunochemicznych w okresie dzierżawy. Parametr Deklarowana roczna ilość oznaczeń TSH- III generacja 12000 PSA 5000 FT4 5000 FT3 1000 HBsAg 1200 Anty - TPO 1000 Część II: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych na okres 36 m-cy Dzierżawiony analizator biochemiczny musi się cechować następującymi parametrami: 1. Wieloparametrowy analizator stołowy w pełni automatyczny, posiadający zintegrowany w jeden system komputer , drukarkę, klawiaturę i monitor . 2. Rok produkcji : fabrycznie nowy nie starszy niż 2014 3. Posiadający znak CE. 4. W wyposażeniu UPS system. 5. System pracujący bez stacji uzdatniania wody 6. Odczynniki płynne gotowe do użycia. 7. Badania analityczne : enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne,leki. 8. Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, pełnej krwi. 9. Wszystkie odczynniki , kalibratory , kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta. 10. System pracujący w oparciu o kuwety jednorazowe. 11. Wydajność minimum 300 testów fotometrycznych na godzinę z ISE 350 12. Posiadający układ detekcji skrzepu w materiale badanym, detekcji poziomu próbki i odczynnika. 13. Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych i naczynek mikro. 14. Testy citowe bez przerywania pracy ciąglej. 15. Automatyczne rozcieńczanie próbek. 16. Minimum 60 pozycji dla próbek i 30 na odczynniki 17. Chłodzenie pokładu odczynników, kalibratorów, kontroli. 18. Kontrola stanu odczynników i materiałów zużywalnych. 19. Możliwość ciągłego ładowania próbek . 20. Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora. 21. Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych (obliczeniowych) dla testów : LDL. 22. Posiadający system kontroli jakości (graficzna i

liniowa prezentacja wyników, wykresy Levey- Jenningsa). 23. Możliwość barkodowego identyfikowania próbek. 24. Wykonawca zapewni na swój koszt zewnętrzną międzynarodową kontrolę jakości dla każdego z wykonywanych oznaczeń w cyklach zapewniających uzyskanie certyfikatu. 25. Stały dostęp do informacji o pacjentach i testach. 26. Możliwość odbierania zleceń i przesyłania wyników w LIS. 27. Wykonawca zapewni na swój koszt podłączenie analizatora do istniejącego w laboratorium Laboratoryjnego Systemu Informatycznego -PSM. 28. Okres gwarancji analizatora na czas dzierżawy. 29. Przyjazd serwisu do zgłaszanej usterki w czasie nie dłuższym niż 24 godziny. 30. W przypadku nie usunięcia awarii lub przedłużającego się czasu usunięcia awarii , wykonawca pokrywa koszt wykonywania badań na zewnątrz. 31. Naprawy serwisowe wynikające z normalnego użytkowania - bezpłatne. 32. Obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie dzierżawy - bezpłatne. 33. Koszty instalacji i szkolenia pracowników po zainstalowaniu aparatu - bezpłatne. 34. Dostarczenie obowiązkowej dokumentacji dotyczącej analizatora: karta gwarancyjna, opis techniczny,, instrukcja obsługi w języku polskim, metodyki badań . 35. Odczynniki muszą posiadać znak CE 36. Wraz z pierwszą dostawą wykonawca dostarczy : karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. 37. Termin ważności odczynników winien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy, krótszy termin dopuszcza się w przypadku , gdy producent go określa ze względu na skład odczynnika. 38. Pożądana długa stabilność odczynników na pokładzie po otwarciu opakowania 39. Zużycie wody i ilość odpadów płynnych do 2 L/h ZAPOTRZEBOWANIE ODCZYNNIKOWE, KALIBRATORY, KONTROLE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE - BIOCHEMIA potrzebne w okresie dzierżawy. Parametr Deklarowana roczna ilość oznaczeń ALAT 13.000 ASPAT 11.000 Amylaza 1600 GGTP 2000 CK 1500 Fosfataza alkaliczna 3000 Albuminy 800 Białko całkowite 1500 Bilirubina całkow. 7000 Cholesterol 13000 HDL-cholesterol bezpośredni 10000 Fosforany 1000 Glukoza 20000 Kreatynina 14000 Kwas moczowy 6000 Magnez 1500 Mocznik 2500 Trójglicerydy 12000 Wapn 2000 Żelazo 7500 Hemoglobina glikowana 1800 Białko w moczu 500 Białko CRP 1400.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności poprzez wykazanie : iż Wykonawca został zarejestrowany we właściwym ,ze względu na formę organizacyjną ,w jakiej prowadzi działalność ,rejestrze (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz dostaw odczynników wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o wartości odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ,że dostawy zostały wykonane należycie i Wykaz dostaw odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o wartości odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ,że dostawy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub

licencje;

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
- zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta, że dany produkt posiada zaświadczenie o rejestracji wyrobu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych / odrębnie dla odczynników i analizatora /

Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta, że dany produkt posiada Deklarację zgodności CE lub inne dokumenty ważne dla danych wyrobów (zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 97

2 - Termin dostawy odczynników - 3

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zla-chrzanow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanów Sp. z o.o. ul. Sokoła 19 tel/fax. (32) 624 03 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanów Sp. z o.o. ul. Sokoła 19 tel/fax. (32) 624 03 10. Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie