

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów ul. Sokoła19**  
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (032) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

---

Chrzanów 2015-09-29

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp.z.o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

**Część I – Autoklaw MIDMARK B60 lub urządzenie równoważne**

**Dotyczy parametrów wymaganych:**

1. Dot. pkt. 19 Prosimy o określenie jakiej ilości programów sterylizacyjnych wymaga Zamawiający? W p. 18 SIWZ mowa jest o 3 programach, zaś p. 19 i 20 wymagają w sumie 4 programów.

**Odpowiedz:**

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ oraz w formularzu oferty. Wymagane są parametry określone w pkt. 18

2. Dot. pkt. 21 Prosimy o określenie jakiej ilości programów testowych wymaga Zamawiający? W p. 18 SIWZ mowa jest o 2 programach (Test próżni oraz Bowie&Dick), zaś w p. 21 wymagane są 3 programy (test próżni, B&D oraz test Helixa)

**Odpowiedz:**

Zamawiający zmieni zapis w SIWZ oraz w formularzu oferty. Wymagane są parametry określone w pkt. 18

**Dane techniczne:**

1. Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 65l?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o pojemności 65l.

2. Dot. pkt. 14 Prosimy o doprecyzowanie czy podane w p. 14 wymiary są wymiarami minimalnymi czy maksymalnymi? Prosimy o wprowadzenie tolerancji wymiarowej, podanie tak dokładnych wymiarów bez żadnej tolerancji jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązania i uniemożliwia złożenie oferty na urządzenie konkurencyjne.

**Odpowiedz:**

Zamawiający zgodzi się na tolerancję 2 cm od wymiarów podanych w p.14 SIWZ.

3. Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o głębokości nie przekraczającej 80 cm, co nieznacznie odbiega od wymiarów SIWZ?

**Odpowiedz:**

Zamawiający dopuści do oceny sterylizator o wymiarach podanych w SIWZ z tolerancją wymiarowa 2 cm.

V-CE PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. administracyjno-organizacyjnych  
mgr Grażyna Skopińska