

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Sokoła19
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2016-11-15

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

**Dotyczy: „Dostawa 2 stołów rehabilitacyjnych, dostawa aparatu do elektroterapii, dostawa wanny do masażu kończyn dolnych oraz dostawa mikroskopu do kapilaroskopii”
Znak sprawy: ZLA-ZP-752w/18/16**

W powyższym ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia znalazły się sformułowania sugerujące konkretne urządzenie, konkretnego producenta urządzenia w związku z tym żadne inne urządzenie nie spełni wymagań zawartych w formularzach oferty Opis przedmiotu zamówienia, co narusza art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podane parametry spełniają tylko i wyłącznie urządzenia jednej firmy co ogranicza swobodę gospodarczą dla innych producentów sprzętu medycznego i sprawia, iż dostawca tego sprzętu może zawyżyć cenę w przetargu mając pewność, że nikt nie spełni powyższych wymagań.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o dopuszczenie urządzeń o parametrach poniżej opisanych w pytaniach.

Pytanie 1

dot. część 1

a) Stół do rehabilitacji 3-sekcyjny

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta zagłówka -85 / +35°, regulacją sekcji nożnej za pomocą jednej sprężyny gazowej w przedziale 0:80° oraz regulacją wysokości w zakresie 49-105 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie w zakresie -85 / +35°, regulacją sekcji nożnej za pomocą dwóch sprężyn gazowych w przedziale 0°-85° oraz regulacją wysokości w zakresie 49-105 cm.

Pytanie 2

dot. część 1

b) Stół do rehabilitacji 3-sekcyjny

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 190 x 66cm?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ

Pytanie 3

dot. część 1

c) Stół do rehabilitacji 5-sekcyjny

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta zagłówka w zakresie -85 / +35°, regulacją sekcji nożnej za pomocą jednej sprężyny gazowej w przedziale 0:80° oraz regulacją wysokości w zakresie 49-105 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści stół z regulacją kąta zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -85 / +35°, regulacją sekcji nożnej za pomocą dwóch sprężyn gazowych w przedziale 0°-85° oraz regulacją wysokości w zakresie 49-105 cm.

Pytanie 4

dot. część 1

d) Stół do rehabilitacji 5-sekcyjny

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 190 x66 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ

Pytanie 5

dot. część 2 – wanna do masażu kończyn dolnych i obręczy biodrowej

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o lepszych parametrach wyposażone dodatkowo w system kąpieli perełkowej, system chromoterapii, system 3 całkowicie niezależnych stref masażu umożliwiający wybór terapii z 7 kombinacji, dotykowy panel sterujący z opcją wprowadzania własnych programów, materiał kompozytowy wykonany z powłoki antybakteryjnej o pojemności 70l/185 l?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ

V-CE PREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. administracyjno – organizacyjnych
mgr Grażyna Skopińska