

# Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(032) 624 03 10 Dyrektor (032) 623 45 34 Księgowość (032) 623 27 15

---

Chrzanów 2012-11-12

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę błon rtg ogólnodiagnostycznych czułych na światło niebieskie ,do obróbki automatycznej. /odpowieź do SIWZ

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot.SIWZ :**

**Pytanie :**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby na każdej pojedynczej błonie znajdowało się tylko oznaczenie : nazwa producenta , a pozostałe dane tzn data ważności,typ błony oraz numer emisji (serii) na opakowaniu?

Nie ogranicza to możliwości zaciemnienia obrazu, zdjęcia są bardziej czytelne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża** zgody. Typ błony i nr emulsji musi znajdować się na błonie.

**Pytanie :**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby błony stomatologiczne pochodziły od innego producenta niż inne błony rtg.

W przypadku błon stomatologicznych nie ma wymogu stosowania błon i odczynników tego samego producenta a stosowanie odczynników innego producenta nie wpłynie na jakość wykonanych badań.

**Odpowiedz:**

Zamawiający **wyraża zgodę** aby błony stomatologiczne pochodziły od innego producenta niż inne błony rtg.

Konrad Kellner  
Referent d/s Zamówień Publicznych