

# Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

---

Chrzanów 2012-11-22

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego.  
Numer sprawy: ZLA-ZP-752w/35/12  
/odpowieź do SIWZ/

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

Firma XXXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem:

## **Część C poz. 13,14,23**

### **Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji z pakietu i przeniesienie ich do części D ze względu na ich specyfikę, umożliwi to złożenie większej ilości ofert w korzystnych cenach. Dzięki temu powstanie oddzielny pakiet na grupę produktów z tej samej grupy: ELEKTROMEDYCZYNA.

Oświadczamy, że jesteśmy producentem elektrod EKG. Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie planuje zmiany pakietów określonych w SIWZ.

## **Część D poz.1**

### **Pytanie**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 100x40 do tego aparatu z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości z 30 szt. na 38 szt.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną możliwość przeliczenia ilości

## **Część G poz. 8**

### **Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie jednostki miary rękawic chirurgicznych, które są pakowane parami a proponowane przez Państwa wielkości opakowania to 50 sztuk. Zatem czy Zamawiającemu chodzi o 25 par = 50 sztuk czy 50 par = 100 sztuk?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający określił wielkość opakowania 50 szt. czyli 25 par = 50szt.

**Dotyczy SIWZ pkt. 6.5**

**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez powyższy zapis wymagane są dokumenty zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a dokładniej zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający będzie wymagał dokumentów poświadczających że dostarczane produkty spełniają wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych.

Konrad Kellner  
Referent ds. Zamówień Publicznych