

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2013-10-28

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę i montaż 2 unitów stomatologicznych, dostawa 2 autoklawów stołowych, dostawa 1 urządzenia do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych, dostawa 1 urządzenia myjąco – dezynfekującego wolno stojącego dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
/odpowieź do SIWZ

Firma XXXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie autoklawów w terminie do 30 grudnia 2013r.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dostarczenia autoklawów zgodnie z terminem określonym w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające możliwość podłączenia do kanalizacji za pomocą wężyka wychodzącego z komory i służącego do spuszczenia wody.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem SIWZ urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia do kanalizacji.

3. Czy Zamawiający wymaga aby autoklaw mieścił i posiadał stelaż na 5 tacek

Odpowiedź:

Urządzenie ma być wyposażone w zestaw tac do umieszczania pakietów z urządzeniami stomatologicznymi.

4. Czy Zamawiający wymaga kolorowego ekranu LCD i menu w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wymaga** kolorowego ekranu LCD. Zamawiający **wymaga** menu w języku polskim.

5. Czy Zamawiający wymaga pojemności komory min 28 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemności komory zgodnie z treścią SIWZ

6. Czy Zamawiający wymaga średnicy komory min 280 mm i głębokości 430 mm

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SIWZ długość użyteczną min 38 cm

Grażyna Skopińska
dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych