

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2013-10-29

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę i montaż 2 unitów stomatologicznych, dostawa 2 autoklawów stołowych, dostawa 1 urządzenia do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych, dostawa 1 urządzenia myjąco – dezynfekującego wolno stojącego dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
/odpowiedź do SIWZ

Firma XXXXXXXXXXXXX jako zainteresowana postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w ogłoszonym przetargu zwraca się do Zamawiającego z pytaniem:

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Dotyczy części II: Dostawa 2 autoklawów stołowych

1. Czy Zamawiający dopuści autoklaw z manualnym otwieraniem/zamykaniem drzwi

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści autoklaw z manualnym otwieraniem/zamykaniem drzwi, przy zachowaniu parametru automatycznej blokady termicznej drzwi.

Dotyczy części IV: Dostawa 1 urządzenia myjąco – dezynfekującego wolno stojącego „podblatowego”

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z myjnią i systemem mycia końcówek adapterów do końcówek i w jakiej ilości.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający określił w SIWZ, że urządzenie winno być wyposażone w moduł umożliwiający mycie końcówek stomatologicznych oraz pojemnik do mycia wiertel stomatologicznych. Nie określono ilości - zatem każda ilość jest traktowana jako przyjęcie warunku spełniania parametru.

Grażyna Skopińska
dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych

