

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

1. Nazwa i adres zamawiającego :

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19

tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10

adres strony internetowej Zamawiającego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.I.2004 (Dz.U.19poz.177)

3. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż 2 unitów stomatologicznych, dostawa 2 autoklawów stołowych, dostawa 1 urządzenia do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych, dostawa 1 urządzenia myjąco – dezynfekującego wolno stojącego dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

CPV : **CPV-33126000-9** urządzenia stomatologiczne, **33191110-9** autoklawy, **33191100-6** urządzenia sterylizujące, **33191000-5** urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne, higieniczne.

Zamówienie podzielono na cztery części :

Część I: Dostawa 2 unitów stomatologicznych

UNIT STOMATOLOGICZNY - specyfikacja:

- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy

Fotel:

- napęd elektromechaniczny
- maksymalne obciążenie 150 kg
- sterowanie funkcjami fotela ze sterownika nożnego, konsoli lekarza
- automatyczny powrót do pozycji zerowej
- pozycje programowalne minimum 3 programy
- nożne sterowanie pracą instrumentów
- zagłówek "chirurgiczny" z wielostopniową regulacją położenia
- bezszwowa tapicerka
- jeden sterownik nożny funkcji fotela i unitu

Konsola (stolik lekarza):

- górne prowadzenie rękawów " od góry ", z blokadą, możliwość ustawienia narzędzi na stoliku w dowolnej kolejności
- klawiatura sterująca pracą narzędzi, funkcjami fotela, spluwaczki, lamy zabiegowej, regulacja wody do każdego narzędzia ,wskaźnik ciśnienia roboczego, blokada ruchu stolika, negatoskop
- zestaw multimedialny kamera wewnątrz ustna / lub konsola asysty /, monitor min. 15"LED, uchwyt.
- strzykawka - dmuchawka 3 - funkcyjna / do sterylizacji /(woda, spray, powietrze)
- indywidualna regulacja spray'u
- podświetlany rękaw turbiny

- podświetlany rękaw mikrosilnika pneumatycznego
- podświetlany rękaw mikrosilnika elektrycznego
- lampa LED na rękaw / lub konsola asysty / (lampa polimeryzacyjna minimum 1200 mW/cm²)
- zamknięty obieg wody destylowanej
- przedmuch przez końcówkę
- napełnianie kubka, spłukiwanie misy
- kontrola obrotów mikrosilnika
- włączanie oraz wyłączanie powietrza do mikrosilnika

Blok spluwaczki/asysty:

- odchylana
- zdejmowana misa porcelanowa
- ślinociąg
- ssak mały i duży
- strzykawka - dmuchawka 3 - funkcyjna do /sterylizacji/ (woda, spray, powietrze)
- napełnianie kubka i spłukiwanie misy w panelu asysty i konsoli lekarza (obie funkcje z programowaniem czasu)
- system podgrzewania wody
- system zasilania instrumentów wodą destylowaną zabudowany

Lampa:

- lampa zabiegowa bezcieniowa LED mocowana na unicie.
- widmo światła dziennego
- uruchamianie lampy z konsoli lekarskiej

Wyposażenie dla jednego unitu:

- Mikrosilnik elektryczny ze światłem + kątnica ze światłem LED / do sterylizacji /
- Mikrosilnik pneumatyczny ze światłem,+ kątnica ze światłem LED / sterylizacji /
- Turbina ze światłem LED i szybkozłączką / do sterylizacji /
- Komplet końcówek bez światła- kątnica, turbina / do sterylizacji /
- Pisarka stomatologiczna
- Krzesło stomatologiczne lekarza z regulowaną wysokością siedziska i oparcia w kolorze tapicerki unitu
- Asystor 5 szuflad w tonacji tapicerki unitu
- Kompresor stomatologiczny bezolejowy o wydajności min. 135 l/minutę oraz o pojemności zbiornika 24 do 30 litrów, bardzo cichy.

Inne warunki:

- termin dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy

Wykonawca zabezpiecza

- instalację unitów i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu unitów

- serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48h, czas naprawy do 5 dni)
- naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji ,części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)

Część II: Dostawa 2 autoklawów stołowych

Autoklaw z wyposażeniem

1. Przedmiot zamówienia musi:

- a) być fabrycznie nowy
- b) posiadać certyfikat CE
- c) posiadać wyposażenie i możliwości funkcjonalne, przedstawione poniżej:

- Klasa autoklawu B
- Pojemność komory min 20 litrów
- Długość użyteczna minimum 38 cm
- Zasilanie 220/240 V
- Moc maksymalna 2500 W
- Bezpieczny automatyczny system zamykania/otwierania z blokadą termiczną
- Zakres programów : minimum 4 zaprogramowane fabrycznie
- Programy testowe: Test Bowie&Dick, test szczelności,
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej
- Temperatura procesów sterylizacji 121 st.C oraz 134 st.C
- Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury i ciśnienia
- Dane procesu sterylizacji wyświetlane podczas trwania procesu
- Urządzenie wyposażone w zbiornik z stali nierdzewnej na wodę destylowaną lub dejonizowaną
- System zaopatrywania w wodę manualny
- Urządzenie posiadające możliwość podłączenia do kanalizacji
- Urządzenie wyposażone w zestaw tac do umieszczania pakietów z narzędziami stomatologicznymi
- Urządzenie z drukarką parametrów procesu sterylizacji
- Zapisywanie i archiwizacja danych

Inne warunki:

- termin dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy

Wykonawca zabezpieczy:

- instalację autoklawów i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu autoklawów
- serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48h, czas naprawy do 5 dni)
- naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji, części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji.
- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni, Wykonawca wstawi sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)

Część III: Dostawa 1 urządzenia do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych szybko i wolnoobrotowych**Urządzenie do konserwacji****1. Przedmiot zamówienia musi:**

a) być fabrycznie nowy

b) posiadać certyfikat CE

c) posiadać wyposażenie i możliwości funkcjonalne, przedstawione poniżej:

- Urządzenie do automatycznego czyszczenia i smarowania, konserwacji końcówek szybko i wolnoobrotowych
- Komora robocza na trzy instrumenty
- Czyszczenie i smarowanie wewnętrznych części poprzez naoliwienie
- Przepłukiwanie kanałów wodnych i powietrznych
- Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem
- W zestawie środki czyszczące, smarujące minimum 2 litry.
- Zasilanie 220/240 V

Inne warunki :

- termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy

Wykonawca zabezpieczy:

- instalację urządzenia i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia
- serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48h, czas naprawy do 5 dni)
- naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji, części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji.
- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni, Wykonawca wstawi sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- kartę gwarancyjną

- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)
- karty charakterystyki dla załączonych substancji chemicznych

Załączone do dostawy substancje chemiczne (czyszczące ,smarujące) muszą :

- posiadać atest dopuszczenia do obrotu
- posiadają kartę charakterystyki substancji
- są gotowe do użycia
- posiadają znak CE
- posiadają termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy

Część IV: Dostawa 1 urządzenia myjąco - dezynfekującego wolno stojącego "podblatowego"

1. Przedmiot zamówienia musi:

- a) być fabrycznie nowy
- b) posiadać certyfikat CE
- c) posiadać wyposażenie i możliwości funkcjonalne, przedstawione poniżej:

- Myjnia powinna zawierać drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory.
- Komora nieprzelotowa, jedno drzwiowa.
- Wymiary urządzenia: szer. maks. - 600 mm, wys.850 mmm, głębokość maks. 600mm.
- Wymiary komory (wys . x szer. x gł.) : minimum 500 x 380 x 480 mm.

Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu,

- Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego.
- Procesy realizowane w pełni automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.
- Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub panel dotykowy.
- Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz.
- Komunikaty wyświetlacza w języku polskim.
- Programy mycia - dezynfekcji wybierane za pomocą klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika.
- Elektroniczna rejestracja cykli mycia i dezynfekcji
- Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania czystości i możliwa do dezynfekcji.
- Przeszkłone drzwi komory
- Podłączenie ciepłej i zimnej wody
- Zasilanie elektryczne jednofazowe 230/240 V 50 Hz lub trójfazowe 400V 50 Hz
- Moc nie przekraczająca 10 kW.
- Urządzenie posiadające opcje suszenia
- Urządzenie wyposażone w minimum dwa kosze wsadowe oraz dwa koszyki na narzędzia
- Urządzenie wyposażone w moduł umożliwiający mycie końcówek stomatologicznych oraz pojemnik do mycia wiertel stomatologicznych.

- Wykonawca dostarczy sprzęt wraz detergentami w ilości nie mniejszej niż na wykonanie 30 cykli mycia i dezynfekcji

- Wykonawca dostarczy sprzęt, dokona montażu myjni dezynfektora w pomieszczeniu sterylizacji na terenie jednostki oraz przeszkoli personel medyczny.
- Menu w języku polskim.

Inne warunki :

- termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy
- Wykonawca zabezpieczy:
- instalację urządzenia i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu urządzenia myjąco -dezynfekującego
- serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48h, czas naprawy do 5 dni)
- naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji ,części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji.
- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni, Wykonawca wstawi sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- kartę gwarancyjną
- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)
- karty charakterystyki dla załączonych substancji chemicznych
- wykaz autoryzowanych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych zlokalizowanych w województwach ościennych

Załączone do dostawy substancje chemiczne muszą :

- posiadać atest dopuszczenia do obrotu
- posiadają kartę charakterystyki substancji
- są gotowe do użycia
- posiadają znak CE
- posiadają termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy

W/w urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom dla wyrobów medycznych określonym w ustawie z dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679) posiadać deklarację zgodności CE, spełniać normy EN

1

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1pkt.6,7

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia :

Do 10.12.2013

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,poprzez wykazanie :

- iż Wykonawca został zarejestrowany we właściwym, ze względu na formę organizacyjną, w jakiej prowadzi działalność, rejestrze (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)
- 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
- 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełnienia w/w warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia (obowiązek bezwzględnego spełnienia warunku). Zamawiający na podstawie złożonych wraz z wnioskiem dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez zamawiającego warunku.

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 1. -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert
- na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 2 dla części I,II,IV wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie. Dla części III : Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy.
- na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 2,3,4, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień publicznych, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy.
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 prawa zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Wykonawca, winien złożyć wymagane dokumenty zgodnie z pkt 9 SIWZ, w terminie określonym w SIWZ.

Wszelkie dokumenty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę poprzez naniesienie zapisu: za zgodność z oryginałem, data i podpis osoby upoważnionej.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawy, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
- b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest :

Jacek Bojdoł tel.32 6234534 w godz. 8-14

12.Zamawiający nie wymaga składania wadium.

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji .
Zaleca się , aby była spięta i ponumerowana.

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej .

Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację : **Oferta na dostawę i montaż 2 unitów stomatologicznych, dostawa 2 autoklawów stołowych, dostawa 1 urządzenia do czyszczenia i konserwacji końcówek stomatologicznych, dostawa 1 urządzenia myjącego – dezynfekującego wolno stojącego.**

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta a upoważnienie dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów
Miejsca ,w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- Jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnice firmy , oferent winien je zgromadzić w jednej części oferty i właściwie je zabezpieczyć . Jeśli oferta nie będzie zawierała odpowiedniej adnotacji , uważać się będzie, że oferta takich informacji nie zawiera i wówczas oferta w całości jest jawna .
- Dołączona do oferty kserokopia dokumentów winna być potwierdzona w następujący sposób „ za zgodność z oryginałem” –data , podpis

15. Miejsce i termin składania ofert .

Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „**Oferta na dostawę sprzętu medycznego i autoklawów**” i adresem zamawiającego , należy złożyć w sekretariacie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. ul. Sokoła 19 II piętro w terminie do dnia 04.11.2013 godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2013 . o godz.12.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny .

Cenę należy podać jako wartość brutto .Cenę należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.

Jedynym kryterium podlegającym ocenie jest cena (brutto) określona przez składającego ofertę w formularzu oferty. Zawarta w formularzu oferty cena winna uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia , podatki, koszt transportu. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17 Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%

Sposób dokonania oceny wg wzoru :

$Wc = (Cn:Cb) \times 100 / x$ waga

Wc - wartość punktowa ceny brutto

Cn - cena najniższa

Cb - cena badana

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

18. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. (art.145 ustawy p.z.p)

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

19. Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w art.179-183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.II.2004).

Załączniki do specyfikacji.

1. Formularz oferty –załącznik . nr 1
2. Oświadczenie w trybie art. 22- załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4
5. Wykaz dostaw – załącznik nr 5

