

# Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

---

Chrzanów 2014-04-22

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 2 unitów stomatologicznych, dostawa autoklawu stołowego SK07 lub urządzenia równoważnego wraz z stacją uzdatniania wody dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

Znak: ZLA-ZP-752w/11/14

/odpowieź do SIWZ

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

Część II Autoklaw ze stacją uzdatniania wody.

Pytanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania autoklaw pojemności 24 litry o max. mocy pobieranej 2800 W,( różnica 300 W w stosunku do wymaganej), elektromagnetycznym sposobie zamykania i pozostałych parametrach spełniających wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści autoklaw o pojemności komory min 20 l (autoklaw o pojemności 24 l spełnia wymagania SIWZ) o max. mocy pobieranej 2800 W, elektromagnetycznym sposobie zamykania.

Lek. med. Jacek Bojdoł  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Zarządzający