

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2014-04-22

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 2 unitów stomatologicznych, dostawa autoklawu stołowego SK07 lub urządzenia równoważnego wraz z stacją uzdatniania wody dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

Znak: ZLA-ZP-752w/11/14

/odpowieź do SIWZ

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Część I: Dostawa 2 unitów stomatologicznych

Czy Zamawiający dopuści do przetargu:

1. Rękaw bez blokady (bo unikalna i nowoczesna konstrukcja pantografów nie wymaga blokady, która występuje w unitach ze starą konstrukcją)?

Odpowiedź: Rękaw z blokadą jest dla Zamawiającego rozwiązaniem podstawowym. Zamawiający dopuści inne rozwiązanie o parametrach równoważnych (spełniających funkcję blokady) lub wyższych.

2. Stolik bez blokady (bo unikalna i nowoczesna konstrukcja ramienia stolika nie wymaga blokady, bo jest idealnie wyważone)?

Odpowiedź: Stolik z blokadą jest dla Zamawiającego rozwiązaniem podstawowym. Zamawiający dopuści inne rozwiązanie o parametrach równoważnych (spełniających funkcję blokady) lub wyższych.

3. Dostawę negatoskopu jako oddzielnego elementu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści negatoskopu jako oddzielnego elementu. Zamawiający traktuje negatoskop jako integralną część unitu.

Lek. med. Jacek Bojdoł
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający