

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

1. Nazwa i adres zamawiającego :

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19

tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10

adres strony internetowej Zamawiającego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia : Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.I.2004 (Dz.U.19poz.177)

3. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż 2 unitów stomatologicznych, dostawa autoklawu stołowego SK07 lub urządzenia równoważnego wraz z stacją uzdatniania wody dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o.

CPV : **CPV-33126000-9** urządzenia stomatologiczne, **33191110-9** autoklawy

Zamówienie podzielono na dwie części :

Część I: Dostawa 2 unitów stomatologicznych

UNIT STOMATOLOGICZNY - specyfikacja:

- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2013/2014
- Zamawiający zastrzegą sobie możliwość wyboru koloru tapicerki unitu, po uprzednim przedstawieniu wzorników przez Wykonawcę

Fotel:

- napęd elektromechaniczny
- maksymalne obciążenie 150 kg
- sterowanie funkcjami fotela ze sterownika nożnego, konsoli lekarza
- automatyczny powrót do pozycji zerowej
- pozycje programowalne minimum 2 programy
- nożne sterowanie pracą instrumentów
- zagłówek "chirurgiczny" z wielostopniową regulacją położenia
- bezszwowa tapicerka
- jeden sterownik nożny funkcji fotela i unitu

Konsola (stolik lekarza):

- górne prowadzenie rękawów " od góry ", z blokadą, możliwość ustawienia narzędzi na stoliku w dowolnej kolejności
- klawiatura sterująca pracą narzędzi, funkcjami fotela, spluwaczki, lampy zabiegowej, regulacja wody do każdego narzędzia , blokada ruchu stolika, negatoskop
- strzykawko - dmuchawka 3 - funkcyjna / do sterylizacji /(woda, spray, powietrze)
- indywidualna regulacja sprayu
- skaler ultradźwiękowy
- podświetlany rękaw turbiny

- podświetlany rękaw mikrosilnika pneumatycznego
- podświetlany rękaw mikrosilnika elektrycznego
- lampa LED na rękaw / lub konsola asysty / (lampa polimeryzacyjna minimum 1200 mW/cm²)
- zamknięty obieg wody destylowanej
- przedmuch przez końcówkę
- napełnianie kubka, spłukiwanie misy

Blok spluwaczki/asysty:

- odchylana
- zdejmowana misa porcelanowa
- ślinociąg
- ssak
- strzykawko - dmuchawka 3 - funkcyjna do /sterylizacji/ (woda, spray, powietrze)
- napełnianie kubka i spłukiwanie misy w panelu asysty i konsoli lekarza (obie funkcje z programowaniem czasu)
- system podgrzewania wody

Lampa:

- lampa zabiegowa bezcieniowa LED mocowana na unicie.
- widmo światła dziennego
- uruchamianie lampy z konsoli lekarskiej

Wyposażenie dla jednego unitu:

- Mikrosilnik elektryczny ze światłem + kątnica ze światłem LED / do sterylizacji /
- Mikrosilnik pneumatyczny ze światłem,+ kątnica ze światłem LED / sterylizacji /
- Turbina ze światłem LED i szybkołączką / do sterylizacji /
- Pisarka stomatologiczna
- Krzesółko stomatologiczne lekarza/asysty z regulowaną wysokością siedziska i oparcia w kolorze tapicerki unitu – 2 sztuki
- Asystor 5 szuflad w tonacji tapicerki unitu
- Rękojeść do skalera wraz z kluczem i kompletem 5 (tipów) typowych końcówek – 4 komplety

Inne warunki:

- okres gwarancji minimum 12 od daty dostarczenia sprzętu
- termin dostawy do 3 tygodni od daty podpisania umowy

Wykonawca zabezpiecza

- instalację unitów i szkolenie pracowników medycznych w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu unitów
- serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48h, czas naprawy do 5 dni)
- naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji ,części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- karta gwarancyjna
- opis techniczny
- instrukcje obsługi w języku polskim (ocena funkcjonalną i użytkową aparatu)

Część II: Dostawa autoklawu stołowego SK07 lub urządzenia równoważnego wraz ze stacją uzdatniania wody

Autoklaw:

1. Przedmiot zamówienia musi:

a) być fabrycznie nowy, rok produkcji 2014

b) posiadać deklaracje zgodności CE z normą medyczną 93/402, deklarację zgodności CE z normą ciśnieniową PED 97/23/EEC, deklarację zgodności dla zaworów bezpieczeństwa (typ zaworu, nr fabryczny oraz rysunek przekroju), rysunek komory autoklawu zgodny z numerem na deklaracji PED, na którym podane są: grubość ścianek komory, materiał z którego została wykonana oraz określona jest jego technologia wykonania.

c) posiadać wyposażenie i możliwości funkcjonalne, przedstawione poniżej:

- Klasa autoklawu B
- Pojemność komory min 20 litrów
- Długość użyteczna minimum 38 cm
- Zasilanie 220/240 V
- Moc maksymalna 2500 W
- Bezpieczny automatyczny system zamykania/otwierania
- Zakres programów : minimum 4 zaprogramowane fabrycznie
- Programy testowe: Test Bowie&Dick, test szczelności, Helix
- Komora wykonana ze stali nierdzewnej lub miedzi niklowanej
- Temperatura procesów sterylizacji 121 st.C oraz 134 st.C
- Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury i ciśnienia
- Dane procesu sterylizacji wyświetlane podczas trwania procesu
- Urządzenie wyposażone w zbiornik z stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego odpornego na temperaturę na wodę destylowaną lub dejonizowaną
- System zaopatrywania w wodę manualny i automatyczny
- Urządzenie posiadające podłączenie do kanalizacji, pracujące w systemie automatycznym
- Urządzenie wyposażone w zestaw min. 3 tac do umieszczania pakietów z narzędziami stomatologicznymi
 - Urządzenie z drukarką parametrów procesu sterylizacji
 - menu w języku polskim

Inne warunki:

- termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy

Wykonawca zabezpieczy:

- instalację autoklawu wraz ze stacją uzdatniania wody i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji przeprowadzone w dniu dostawy po zainstalowaniu autoklawu.
- serwis gwarancyjny (czas reakcji serwisu do 48h, czas naprawy do 5 dni)
- naprawy serwisowe w okresie gwarancji i obowiązkowe przeglądy konserwacyjne w okresie gwarancji ,części zamienne do przeglądu konserwacyjnego bezpłatne w okresie gwarancji.
- w przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni, Wykonawca wstawi sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż aparat naprawiany

Wykonawca w dniu dostawy dostarczy dokumentację:

- ⤴ Instrukcję i opis techniczny w języku polskim. Instrukcja musi zawierać informacje techniczne niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację wydawaną przez Urząd Dozoru Technicznego (w szczególności opis techniczny stałego zbiornika ciśnieniowego: osprzęt zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczającego , aparatura kontrolno pomiarowa i automatyka, armatura zaporowa, zwrotna , pozostały osprzęt)
- ⤴ kartę gwarancyjną

Stacja uzdatniania wody musi być:

- kompatybilna z oferowanym autoklawem
- posiadać miernik twardości wody
- być fabrycznie nowa
- posiadać deklarację zgodności CE

Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych lub wyższych jak opisane w formularzu cenowym .

W/w urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom dla wyrobów medycznych określonym w ustawie z dnia 20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679) posiadać deklarację zgodności CE, spełniać normy EN

4.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1pkt.6,7

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określił termin wykonania zamówienia :
Do 31.05.2014

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, poprzez wykazanie :

- iż Wykonawca został zarejestrowany we właściwym, ze względu na formę organizacyjną, w jakiej prowadzi działalność, rejestrze (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)
 - 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 - 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
- Ocena spełnienia w/w warunków odbędzie się na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia (obowiązek bezwzględnego spełnienia warunku). Zamawiający na podstawie złożonych wraz z wnioskiem dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez zamawiającego warunku.

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Formularz oferty sporządzony na załączniku nr 1 i podpisany przez osobę upoważnioną.
- 2) Podpisane oświadczenie w trybie art.22 -Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2)
- 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –kserokopia potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
- 4) Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczane wyroby posiadają zaświadczenie o rejestracji wyrobu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.
- 5) Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczane wyroby posiadają Deklarację zgodności oraz oznakowanie CE lub inne dokumenty ważne dla danych wyrobów (zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi) lub kserokopia Deklaracji zgodności potwierdzona z przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Deklaracja zgodności musi zawierać informację o klasie i regule klasyfikacyjnej wyrobu.
Jeżeli w ocenie zgodności brała udział jednostka notyfikowana, należy podać dane jednostki.
Dla wyrobów niesklasyfikowanych jako medyczne oświadczenie o stosownej treści.
- 6) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 prawa zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
- 7) Dla części I: wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi zostały wykonane należycie

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdej chwili winien okazać oryginał zaświadczenia o którym mowa w pkt 4, 5 dla każdego zamawianego wyrobu wymienionego w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, winien złożyć wymagane dokumenty zgodnie z pkt 9 SIWZ, w terminie określonym w SIWZ.

Wszelkie dokumenty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę poprzez naniesienie zapisu: za zgodność z oryginałem, data i podpis osoby upoważnionej.

10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów .

a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawy , oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10 . Każda ze stron na żądanie drugiej , niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń , wniosków, zawiadomień lub informacji .

b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszczona jest forma pisemna.

11. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest :

Jacek Bojdoł tel. 32 6234534 w godz. 8-14

12.Zamawiający nie wymaga składania wadium .

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji . Zaleca się , aby była spięta i ponumerowana. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej . Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację : **Oferta na dostawę i montaż 2 unitów stomatologicznych oraz dostawę autoklawu stołowego.** W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
- Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta a upoważnienie dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów Miejsca ,w których oferent naniósł zmiany winny być paraflowane przez osobę podpisującą ofertę.
- Jeżeli oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnice firmy , oferent winien je zgromadzić w jednej części oferty i właściwie je zabezpieczyć . Jeśli oferta nie będzie zawierała odpowiedniej adnotacji , uważać się będzie, że oferta takich informacji nie zawiera i wówczas oferta w całości jest jawna .
- Dołączona do oferty kserokopia dokumentów winna być potwierdzona w następujący sposób „ za zgodność z oryginałem” –data , podpis

15. Miejsce i termin składania ofert .

Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „**Oferta na dostawę i montaż 2 unitów stomatologicznych oraz dostawę autoklawu stołowego.**” i adresem zamawiającego , należy złożyć w sekretariacie Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie sp. z o.o. ul. Sokoła 19 II piętro w terminie do dnia 28.04.2014 godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2014 . o godz.12.00

16. Opis sposobu obliczenia ceny .

Cenę należy podać jako wartość brutto .Cenę należy podać z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku.

Jedynym kryterium podlegającym ocenie jest cena (brutto) określona przez składającego ofertę w formularzu oferty. Zawarta w formularzu oferty cena winna uwzględniać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania zamówienia, podatki, koszt transportu. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17 Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%

Sposób dokonania oceny wg wzoru :

$Wc = (Cn:Cb) \times 100 / x \text{ waga}$

Wc - wartość punktowa ceny brutto

Cn - cena najniższa

Cb - cena badana

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

18 . Z wykonawcą , który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa , której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. (art.145 ustawy p.z.p)

Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania .

19.Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w art.179-183 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.II.2004).

Załączniki do specyfikacji.

1. Formularz oferty –załącznik . nr 1
2. Oświadczenie w trybie art. 22- załącznik nr 2
3. Wzór umowy – załącznik nr 3
4. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4
5. Wykaz dostaw – załącznik nr 5

