

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.

32-500 Chrzanów ul. Sokoła19

tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2014-06-16

Dotyczy postępowania przetargowego ZLA-ZP-752w/19/14
/odpowiedź do SIWZ

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Pytanie 1) W punktach nr 9,10,12 Zamawiający używając nazw własnych producenta wymaga dostarczenia rozwiązań firmy GR Healthcare. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konkurencyjnego aparatu, w którym oprogramowania raportów (wymagane w pozycji nr 9), raport i protokół (wymagane w pozycji 10) oraz sprawdzanie błędów (wymagane w pozycji nr 12) będą posiadały nazwy inne niż wskazane nazwy własne produktów firmy GE?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ pkt. 3 dopuścił możliwość złożenia oferty równoważnej, wyjaśniając pojęcie produktu równoważnego. Pod pojęciem produktu równoważnego rozumie się to, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe, które są wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Przy zaoferowaniu urządzeń innych niż wzorcowe Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty, że zaoferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane.

Dopuszcza się nazwy inne niż wskazane w pozycji 9,10,12 pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe.

Grażyna Skopińska
dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych