

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów ul. Sokoła19**  
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (032) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

---

Chrzanów 2016-06-06

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1**

**i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr**

**164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

**Dot. Sprawa nr: Znak : ZLA-ZP-752w/9/16**

**Zapytanie nr 1 dotyczy części II Dostawa aparatu RTG lp. 1.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu z generatorem z regulacją prądu w zakresie od 20 do 630mA? Proponowany zakres jest typowym i optymalnym parametrem dla generatora mocy 50kW, który został dopuszczony przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ.

**Zapytanie nr 2 dotyczy części II Dostawa aparatu RTG lp. 3.13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu z lampą RTG z pojemnością cieplną anody wynoszącą 400 kWh? Wartość 400 kWh jest typowym i optymalnym parametrem dla aparatu ogólno-diagnostycznego opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ.

**Zapytanie nr 3 dotyczy części II Dostawa aparatu RTG lp. 3.15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu z lampą RTG z szybkością rozproszenia ciepła anody wynoszącą 125 kWh/mon? Wartość 125 kWh/min jest typowym i optymalnym parametrem dla aparatu ogólno-diagnostycznego opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ.

V-CE PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. administracyjno-organizacyjnych  
mgr Grażyna Skopińska