

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów ul. Sokoła19**  
**tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15**

---

Chrzanów 2017-05-26

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

Dotyczy: część V lampy bakteriobójcze

Pytanie 1:

W nawiązaniu do opublikowanej w/w Specyfikacji proszę o informację, czy Zamawiający dopuści ofertę na część V lampy bakteriobójcze o m.in. następujących parametrach:

- z elektronicznym 4-cyfrowym licznikiem czasu pracy z bardzo czytelnym wyświetlaczem pozwalającym na odczyt z odległości kilku metrów, tak, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowego czytnika - dotyczy punktu 2 tabeli

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ tj.: „licznik czasu pracy – elektroniczny z czytnikiem do zdalnego odczytu aktualnego stanu (odległość do 12 m)”

Pytanie 2:

Zamawiający nie określił o jakim mocowaniu mają być te lampy, czy ściennie-sufitowe, jezdne, czy sufitowe, dlatego też nie można ocenić parametru „waga” – dotyczy punktu 10 tabeli,

Pozostałe parametry zgodne od oczekiwań Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakup lamp o mocowaniu ściennie-sufitowym.

V-CE PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. administracyjno – organizacyjnych  
mgr Grażyna Skopińska