

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Sokoła19
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2017-05-29

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Dotyczy: część VI dostawa 2 szt. autoklawów

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 29.05.2017 prosimy o dopuszczenie do oceny autoklawu o wymiarach (S x G x W) 505 x 695 x 400 mm, co nieznacznie (szerokość) odbiega od wielkości podanych w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje udzielenie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ

2. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany autoklaw był zarejestrowany jako wyrób medyczny i spełniał wymagania norm PN-EN 13060?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby zaoferowany autoklaw był zarejestrowany jako wyrób medyczny i spełniał wymagania norm PN-EN 13060

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
lek. med. Tadek Bojdoj

