

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów ul. Sokoła19**  
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

---

Chrzanów 2017-05-29

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

Dotyczy: część V - lampy bakteriobójcze

Parametry techniczne – pkt. 1 tabeli:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę bakteriobójczą ze stali kwasoodpornej (INOX)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści do zaferowania lampę bakteriobójczą ze stali kwasoodpornej (INOX)

Parametry techniczne – pkt. 3 tabeli:

2. Prosimy o dokładne sprecyzowanie wydajności wentylatora?  
Przy wymaganej mocy (promienniki – 2 x 55wat) należy zastosować wentylator o wydajności 199m3/h aby uzyskać optymalny poziom dezynfekcji.  
W lampie bakteriobójczej może być zastosowany wentylator o tylko jednej wydajności – dopasowanej do mocy lampy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wentylator o wydajności 199 m3/h

Parametry techniczne – pkt. 10 tabeli:

3. Czy Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą o wadze 9 kg?  
Waga lampy nie wpływa na jej funkcjonalność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści lampę bakteriobójczą o wadze 9 kg

V-CE PRZEZ ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. administracyjnych i organizacyjnych  
mgr Grażyna Szczyńska