

Chrzanów 2017-05-30

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

**1.PYTANIE - fotel zabiegowy rozkładanego do pracowni VNG**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela zabiegowego o parametrach:

- funkcja odchylenia siedziska o kąt od -15 do + 20 stopni
- pozycja Trendelenburga 0-20° i antyTrendelenburga. -15° do 0
- szerokość siedziska: 65 cm
- głębokość siedziska: 45 cm
- wysokość siedziska: 65-100 cm
- wysokość oparcia: 90 cm
- wysokość całkowita: 135-190 cm
- dopuszczalne obciążenie 150 kg

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela zabiegowego o parametrach:

- funkcja odchylenia siedziska o kąt od -15 do + 20 stopni
- pozycja Trendelenburga 0-20° i antyTrendelenburga. -15° do 0
- szerokość siedziska: 65 cm
- głębokość siedziska: 45 cm
- wysokość oparcia: 90 cm
- wysokość całkowita: 135-190 cm
- dopuszczalne obciążenie 150 kg

Zamawiający **nie wyrazi** zgody na zaoferowanie fotela zabiegowego o parametrze:

- wysokość siedziska: 65-100 cm

**2.PYTANIE - 3-częściowy stołu rehabilitacyjnego**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu rehabilitacyjnego o parametrach:

- zmiany ustawień nożnej części leżyska - za pomocą sprężyny gazowej
- pilot nożny - do regulacji wysokości
- regulacja wysokości [mm]: 400 – 1000
- regulacja zagłówka [°]: -70 / +40
- regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej [°]: 0 do +85

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający planuje zakup zgodnie z treścią SIWZ.

  
mgr Grażyna Skodinska  
Dyrektor  
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego  
w Chrzanowie Sp. z o.o.