

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.**  
**32-500 Chrzanów ul. Sokoła19**  
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

---

Chrzanów 2017-05-31

**Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z funkcją;

- odchylania siedziska o kat 45 st.

- możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga 10 st. i antyTrendelenburga 10 st.

bez funkcji regulacji wysokości - Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z funkcją regulacji wysokości, bez funkcji odchylania siedziska o kąt 45 st., bez funkcji Trendelenburga i Antytrendelenburga - Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści oba proponowane rozwiązania pod warunkiem że w oferowanym fotelu jest możliwość uzyskania pozycji od leżącej do siedzącej (regulacja za pomocą sprężyn gazowych)


Ponadto w opisie warunków technicznych fotela Zamawiający nie uwzględnił wyposażenia opcjonalnego tj.

- podparcie pod rękę

- podparcie pod stopy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potrzebuje podparcia pod rękę oraz pod stopy.

V-CE PREZES ZAKŁADU  
DYREKTOR  
ds. administracyjnych i księgowości  
  
mgr Grażyna Skrobinska