

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów ul. Sokoła19
tel/fax.(32) 624 03 10 Dyrektor (32) 623 45 34 Księgowość (32) 623 27 15

Chrzanów 2017-06-12

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. Z dnia 2006r. Nr 164 poz. 1163 – ze zm) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

Pytanie nr 1.

Dotyczy Formularza oferty RTG.

Zamawiający jako pierwszy wymóg dotyczący aparatu RTG wskazał: *Urządzenie i sprzęt fabrycznie nowe, rok produkcji urządzenia 2016*. Ze względu na dobro Zamawiającego i prawdopodobną omyłkę pisarską zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na : *Urządzenie i sprzęt fabrycznie nowe, rok produkcji urządzenia 2017*.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis na : *Urządzenie i sprzęt fabrycznie nowe, rok produkcji urządzenia 2017*.


Pytanie nr 2.

Dotyczy Formularza oferty RTG pkt 1.10.

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu RTG wyposażonego w generator o zakresie mAs min. 0,1 – 8000 mAs. Żaden z producentów aparatów RTG nie oferuje tak szerokiego zakresu. Ze względu na prawdopodobną omyłkę pisarską prosimy o sprostowanie parametru. Zamawiający najprawdopodobniej miał na myśli zakres 0,1 – 800 mAs, taki parametr jest bowiem, charakterystyczny dla generatorów o mocy 65 kW, a takiego wymaga Zamawiający.

Odpowiedź:

W formularzu oferty w pkt 1.10 zaistniała omyłka pisarska. Zamawiający miał na myśli zakres 0,1 – 800 mAs. Formularz oferty zostanie poprawiony.

V-CE PRZEZ S ZARZĄDZI
DYREKTOR
ds. administracyjnych i organizacyjnych

mgr Grażyna Skoniatka